

Коды ответов, возникающие в рамках интеграционного взаимодействия РВ и ИС МДЛП

Группа кодов ошибок	Код ошибки	Описание кода ошибки
Коды состояний в ответе на запрос записи задания	201	Задание добавлено в очередь
	400	Ошибка формата запроса
	409	Задание с заданным идентификатором уже существует
Коды в ответе на запрос статуса задания	5003	Некорректно указан идентификационный код регистрации
	5010	Отсутствует авторизация пользователя
	5030	Введены неверные данные адреса выбытия
	5031	Введены неверные данные кода маркировки
	5090	Внутренняя ошибка сервера
Коды состояний в ответе на запрос удаления задания	200	Задание успешно удалено
	404	Задание с заданным идентификатором не найдено
	405	Задание с заданным идентификатором нельзя удалить
Коды ошибок в ответе на запрос состояния РВ	5010	Отсутствует авторизация пользователя
	5025	Не удалось получить состояние РВ
	5090	Внутренняя ошибка сервера
Коды состояний в ответе на запрос передачи документов-оснований	201	Документы-основания переданы
	400	Ошибка формата запроса
	409	Документ-основания с заданным номером уже существует

Коды ответов регистраторов выбытия

Группа кодов ошибок	Код ошибки	Описание кода ошибки
Диагностика работы РВ	0	Нет ошибок
	1	Устройство недоступно
	2	Устройство не функционирует
	3	Отсутствует МБ РВ
	4	Истек срок использования МБ РВ
	5	МБ РВ заблокирован
	6	МБ РВ не функционален
	7	В не зарегистрирован
	8	Отсутствует связь с СЭ

Осуществление форматно-логический контроль	0	Нет ошибок
	1	Не допустимое значение идентификатора применения (GS AI) в КМ
	2	Не допустимые символы КМ
	3	Не допустимое количество символов в составе идентификатора применения (GS AI)
	4	Значение ТН ВЭД не относится к фармацевтической продукции
	5	Недопустимая последовательность групп в КМ
	6	Недопустимое значение доли от вторичной упаковки
Локальная проверка Кода маркировки	0	Проверка не проводилась (для симметричной криптографической системы)
	1	Код маркировки проверен, достоверный
	2	Код маркировки проверен, недостоверный
	3	Проверка не проводилась (криптографическая система асимметричная, но в МБ РВ нет ключа с идентификатором КПКИЗ.ид)
	4	Проверка не проводилась (криптоподпись 44 символа)